

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

25110571/2/3

1

QCP Data Months : **November, December**
Mois de Contrôle : **Novembre, Décembre**



2026-01-05

Instruments : DIRUI (1)								
Instrument	Parameter / Paramètre		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
			LOT	25110571	LOT	25110572	LOT	25110573
			Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
DIRUI	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,40	± 0,50	8,10	± 1,00	20,50	± 2,50
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,54	± 0,18	4,46	± 0,24	5,74	± 0,35
	BF-6500	Hgb	g/dL	6,2	± 0,4	13,1	± 0,6	17,8
BF-6800		g/L	62	± 4	131	± 6	178	± 8
BF-6880		mmol/L	3,9	± 0,3	8,1	± 0,4	11,1	± 0,5
QC Mode Open	Hct	%	19,2	± 2,0	39,2	± 3,0	53,7	± 3,5
		L/L	0,192	± 0,020	0,392	± 0,030	0,537	± 0,035
	MCV/VGM	fL	75,5	± 5,0	88,0	± 5,0	93,5	± 5,0
	MCH/TCMH	pg	24,4	± 2,5	29,4	± 2,5	31,0	± 2,5
		fmol	1,5	± 0,2	1,8	± 0,2	1,9	± 0,2
	MCHC/CCMH	g/dL	32,3	± 3,0	33,4	± 3,0	33,2	± 3,0
		g/L	323	± 30	334	± 30	332	± 30
		mmol/L	20,3	± 1,9	20,7	± 1,9	20,7	± 1,9
	RDW-CV	%	17,0	± 3,0	15,5	± 3,0	15,5	± 3,0
	RDW-SD	fL	55,5	± 10,0	53,0	± 10,0	54,0	± 10,0
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	76	± 20	236	± 45	412	± 65
	MPV/VPM	fL	9,6	± 3,0	9,0	± 3,0	9,0	± 3,0
	PDW	fL	16,0	± 4,0	15,5	± 3,0	14,5	± 3,0
	Pct/Tht	%	0,070	± 0,050	0,210	± 0,100	0,385	± 0,200
		mL/L	0,70	± 0,50	2,10	± 1,00	3,85	± 2,00
	P-LCR	%	14,0	± 10,0	14,5	± 10,0	15,0	± 10,0
	PLCC	10 ⁹ /L	11	± 10	34	± 25	62	± 35
	NEUT%	%	72,0	± 12,0	71,0	± 12,0	79,0	± 12,0
	LYM%	%	21,5	± 10,0	22,0	± 10,0	16,0	± 9,0
	MON%	%	4,0	± 4,0	4,5	± 4,5	3,5	± 3,5
EOS%	%	2,0	± 2,0	2,0	± 2,0	1,0	± 1,0	
BAS%	%	0,5	± 0,5	0,5	± 0,5	0,5	± 0,5	
NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,73	± 0,29	5,75	± 0,98	16,20	± 2,46	
LYM#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,52	± 0,24	1,78	± 0,81	3,28	± 1,85	
MON#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,10	± 0,10	0,36	± 0,36	0,72	± 0,72	
EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,05	± 0,05	0,16	± 0,16	0,21	± 0,21	
BAS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,01	± 0,01	0,04	± 0,04	0,10	± 0,10	

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France. (1) Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

These parameters values should be used as a reference only.



Bio-technne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R & D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



AV0SY04-V03 01/2021

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

25110571/2/3

2

QCP Data Months : **November, December**
Mois de Contrôle : **Novembre, Décembre**



2026-01-05

Instruments : DIRUI (1)									
Instrument	Parameter / Paramètre			CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
				LOT	25110571	LOT	25110572	LOT	25110573
				Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
DIRUI	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		2,40	± 0,50	7,80	± 1,00	19,90	± 2,50
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L		2,46	± 0,18	4,38	± 0,24	5,67	± 0,35
	Hgb	g/dL		6,5	± 0,4	13,0	± 0,6	17,4	± 0,8
BF-6900		g/L		65	± 4	130	± 6	174	± 8
		mmol/L		4,0	± 0,2	8,1	± 0,4	10,8	± 0,5
	Hct	%		19,2	± 2,0	41,2	± 3,0	56,1	± 3,5
QC Mode Open		L/L		0,192	± 0,020	0,412	± 0,030	0,561	± 0,035
	MCV/VGM	fL		78,0	± 5,0	94,0	± 5,0	99,0	± 5,0
	MCH/TCMH	pg		26,4	± 2,5	29,7	± 2,5	30,7	± 2,5
		fmoL		1,6	± 0,2	1,8	± 0,2	1,9	± 0,2
	MCHC/CCMH	g/dL		33,9	± 3,0	31,6	± 3,0	31,0	± 3,0
		g/L		339	± 30	316	± 30	310	± 30
		mmol/L		20,8	± 1,8	19,7	± 1,9	19,3	± 1,9
	RDW-CV	%		13,5	± 3,0	12,5	± 3,0	12,5	± 3,0
	RDW-SD	fL		40,5	± 10,0	42,0	± 10,0	44,0	± 10,0
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		71	± 20	235	± 45	430	± 65
	MPV/VPM	fL		9,4	± 3,0	8,5	± 3,0	8,7	± 3,0
	PDW	fL		10,0	± 3,0	9,5	± 3,0	9,5	± 3,0
	Pct/Tht	%		0,065	± 0,050	0,200	± 0,100	0,365	± 0,200
		mL/L		0,65	± 0,50	2,00	± 1,00	3,65	± 2,00
	P-LCR	%		20,0	± 10,0	15,0	± 10,0	15,0	± 10,0
	PLCC	10 ⁹ /L		14	± 10	35	± 25	65	± 35
	NEUT%	%		76,5	± 12,0	75,5	± 12,0	83,0	± 12,0
	LYM%	%		18,0	± 10,0	19,0	± 10,0	13,0	± 9,0
	MON%	%		4,0	± 4,0	4,0	± 4,0	3,0	± 3,0
	EOS%	%		1,0	± 1,0	1,0	± 1,0	0,5	± 0,5
	BAS%	%		0,5	± 0,5	0,5	± 0,5	0,5	± 0,5
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		1,84	± 0,29	5,89	± 0,94	16,52	± 2,39
	LYM#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		0,43	± 0,24	1,48	± 0,78	2,59	± 1,80
	MON#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		0,10	± 0,10	0,31	± 0,31	0,60	± 0,60
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		0,02	± 0,02	0,08	± 0,08	0,10	± 0,10
	BAS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L		0,01	± 0,01	0,04	± 0,04	0,10	± 0,10

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France. (1) Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

These parameters values should be used as a reference only.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R & D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



AV0SY04-V03 01/2021